

Verklaring Resmed

Op Woensdag 03/06/2015 verscheen er in het Dagblad van het Noorden een artikel met als titel “Apneu machine blijkt gevaarlijk”. Dat heeft nogal wat onrust veroorzaakt en vragen opgeroepen.

Zowel Dr. P.J. Wijkstra, longarts bij het UMC Groningen, die als onderzoeker deelnam aan de studie en ResMed, de sponsor van de studie en een van de fabrikanten van ASV toestellen, delen mee dat de veiligheidswaarschuwing die verspreid werd na het bekijken van de resultaten van deze internationale studie (Serve HF) terecht was maar slechts betrekking heeft op een zéér beperkte groep van patiënten. Het gaat hier immers enkel om mensen die een ASV toestel gebruikten voor de behandeling van matig tot ernstig en voornamelijk centraal slaapapneu in combinatie met Chronisch symptomatisch Hartfalen met een verminderde pompfunctie.

Dankzij deze studie weten we nu dat ASV therapie niet gebruikt moet worden voor deze zeer specifieke patiëntengroep. Alle patiënten die binnen deze groep vallen zijn persoonlijk benaderd door hun behandelende arts om de gevolgen van deze studie persoonlijk te bespreken.

Indien u niet lijdt aan centraal slaapapneu in combinatie met Chronisch symptomatisch hartfalen dan hebben de resultaten van deze studie geen impact op uw behandeling en kan u het toestel blijven gebruiken.

Daarenboven gebruikt de overgrote meerderheid van de slaapapneupatienten in Nederland (meer dan 99%) een CPAP apparaat en voor al deze patienten geldt dat de resultaten van deze studie geen impact op hun behandeling hebben en dat zij het toestel kunnen blijven gebruiken.

Mocht u toch nog vragen hebben dan kan u steeds terecht bij u behandelend arts of op de website www.Serve-HFfags.com voor meer uitleg.